

臺北醫學大學  
實驗室安全衛生自主查檢表

實驗室名稱：

管理單位：

位置：

實施查檢日期： 年 月 日 頁次 1 / 4

項目	查檢要項說明	判定結果	備註 / 複查評核
人員管理	1. 實驗場所工作人員應按規定參加安全衛生教育訓練並通過考試。  (稽查重點：環安衛認証編號)	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
人員管理	2. 制定「實驗室安全衛生守則」，由全體實驗室人員簽署並公告。（大學部學生如因課程需求使用實驗室，可以課前宣導替代簽署）	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
人員管理	3. 人員休息室與辦公室應設置於實驗區域外。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
人員管理	4. 實驗區域內（含準備室）不可飲食。  (稽查重點：不得有飲食行為，不得放置已開封或有受污染疑慮之飲料、食物)	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
實驗室廢棄物	1. 使用事務組統一製作之藍色透明塑膠袋確實做好垃圾分類處理，並在「本廢棄物不含感染性及有害物質標籤」上註明系所單位、實驗室名稱、實驗室管理人簽章及廢棄物種類...等標示。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
實驗室廢棄物	2. 正確使用「紅色生物醫療廢棄物垃圾袋」盛裝感染性事業廢棄物。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
實驗室廢棄物	3. 自行準備防止穿刺之容器來收集針頭、玻片等廢尖銳物，並向環安組索取生物醫療廢棄物標誌，黏貼於收集容器。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
實驗室廢棄物	4. 感染性廢棄物垃圾桶必須蓋上桶蓋。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	

單位主管：

單位查檢人員：

**臺北醫學大學**  
**實驗室安全衛生自主查檢表**

實驗室名稱：

位置：

管理單位：

實施查檢日期： 年 月 日 頁次 2 / 4

項目	查檢要項說明	判定結果	備註 / 複查評核
實驗室廢棄物	5. 感染性廢棄物，須置入攝氏五度以下之冰櫃中貯存，7天內清運。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
實驗室廢棄物	6. 生物醫療廢棄物暫存之冰櫃，並黏貼生物醫療廢棄物標誌於冰櫃明顯處。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
化學品管理	1. 製備「危害物質清單」。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
化學品管理	2. 危害物質製備 SDS，並放置明顯處。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
化學品管理	3. 危害物質之容器，依「危險物與有害物標示及通識規則」之規定明顯標示。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 危害圖式(GHS)</li><li>● 名稱</li><li>● 危害成分</li><li>● 警示語</li><li>● 危害警告訊息</li><li>● 危害防範措施</li><li>● 製造商或供應商之名稱、地址及電話</li></ul>	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
化學品管理	4. 毒化物放置於專用貯存櫃中並上鎖，鑰匙分開保存。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
化學品管理	5. 毒化物確實線上填寫運作紀錄。 <b>(稽查重點：教育部化學品運作管理系統)</b>	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
化學品管理	6. 有機溶劑貯存於抽氣式貯存櫃（非化學抽氣櫃 hood）中，且抽氣貯存櫃功能正常。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	

單位主管：

單位查檢人員：

臺北醫學大學  
實驗室安全衛生自主查檢表

實驗室名稱：

管理單位：

位置：

實施查檢日期： 年 月 日 頁次 3 / 4

項目	查檢要項說明	判定結果	備註 / 複查評核
化學品管理	7. 危害物依性質分開存放（強酸、強鹼），並有防傾倒或防溢流措施。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
實驗室廢液	1. 廢液桶採用環安組發放，材質為 HDPE，桶蓋附油封環，容積為 20 公升容器，下方放置「防漏盛盤」。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
實驗室廢液	2. 廢液分類貯存，並標示種類。 ● 本校廢液種類共分為 12 種：不含鹵素類有機溶劑類、含鹵素類有機溶劑類、含氯廢液、含重金屬廢液、酸性廢液、鹼性廢液、含六價鉻、油脂類有機廢液、無機汞廢液、含氟廢液、顯影劑及定影劑。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
實驗室廢液	3. 廢液產生處理後立刻將桶蓋蓋緊，並登記於「實驗室廢液分類貯存紀錄表」中，並於「傾倒者簽名」處簽全名。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
實驗室廢液	4. 廢液桶黏貼害事業廢棄物特性標誌。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
設備定期檢查	1. 每月針對單位內使用之小型壓力容器-小型滅菌鍋進行檢查，並填寫檢查表。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
設備定期檢查	2. 每月針對單位內使用之乾燥機、烘箱進行檢查，並填寫檢查表。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	

單位主管：

單位查檢人員：

**臺北醫學大學**  
**實驗室安全衛生自主查檢表**

實驗室名稱：

管理單位：

位置：

實施查檢日期： 年 月 日 頁次 4 / 4

項目	查檢要項說明	判定結果	備註 / 複查評核
設備定期檢查	3. 每月針對單位內使用之離心機進行檢查，並填寫檢查表。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
設備定期檢查	4. 每月針對單位內使用之緊急沖淋洗眼設備進行檢查，並填寫檢查表。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
設備定期檢查	5. 每日針對單位內使用之高壓氣體鋼瓶進行檢查，並填寫檢查表。  (高壓氣體鋼瓶如長期停用，須拆除錶頭、管路，以金屬保護帽鎖緊開口處，並固定防止傾倒，則可免除每日檢查作業。)	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
設備定期檢查	6. 每日針對單位內使用之化學排氣櫃進行檢查，並填寫檢查表。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
設備定期檢查	7. 每日針對單位內使用之各種有機溶劑進行檢查，並填寫檢查表。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
設備定期檢查	8. 化學防護櫃每月進行檢查，並填寫檢查表。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
設備定期檢查	9. 化學防護櫃製作防護具清單及領用紀錄表。(以利盤查與管理)	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	
設備定期檢查	10. 防護具在有效期內。	<input type="checkbox"/> YES (符合) <input type="checkbox"/> NO (不符合) <input type="checkbox"/> N/A(不適用)	

單位主管：

單位查檢人員：